

Paczków, 22 kwietnia 2015 r.

TEST AND DRIVE SP. Z O .O
65-155 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3/B38**Pismo z dnia**
02.04.2015**Wasz znak**
-**Nasz znak**
17-LP-MK-2015**Data**
22 kwietnia 2015

Jednorazowe testery do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu ALCOTEST zostały sprawdzone w Laboratorium Pomiarowym Analizatorów Wydechu Transcom International, na zlecenie Klienta zgodnie z pkt. 4.1 ÷ 4.4 normy NF X 20-702 Czerwiec 2007 oraz zgodnie z nowym wydaniem normy z pkt. 6.1 ÷ 6.5 normy NF X 20-702 Październik 2014.

Testery jednorazowego użytku były sprawdzane wg normy dla limitów zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wymienionych w kodeksie ruchu drogowego.

Zestawienie czułości testerów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu: ALCOTEST w rozdzieleniu na limity alkoholu w wydychanym powietrzu:

Lp.	Stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu [‰]	Czułość testu* [%]	Wg normy
1	0,2	96	NF X 20-702 Czerwiec 2007
2	0,5	98,6	NF X 20-702 Październik 2014
3	0,8	100	NF X 20-702 Październik 2014

*czułość testu - stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych

Przedstawione wyniki odnoszą się tylko do badanych próbek.

Z poważaniem

Marta Królewska
Kierownik ds. jakości